



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью научно-производственно-конструкторская фирма "Медиком МТД"

Место нахождения: 347900, Россия, Ростовская Область, город Таганрог, улица Петровская, дом 99

Адрес места осуществления деятельности: 347900, Россия, Ростовская Область, город Таганрог, улица Фрунзе, дом 68, основной государственный регистрационный номер 1026102591140

Телефон: (8634) 62-62-42 Адрес электронной почты: office@medicom-mtd.com

в лице Генерального директора Захарова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава **заявляет, что** Устройство психофизиологического тестирования компьютеризированное для проведения индивидуального или группового предсменного контроля функционального состояния и работоспособности оператора УПФТ-1/30-"Психофизиолог" по ТУ 9442-020-24176382-2004.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью научно-производственно-конструкторская фирма "Медиком МТД"

Место нахождения: 347900, Россия, Ростовская Область, город Таганрог, улица Петровская, дом 99

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 347900, Россия, Ростовская Область, город Таганрог, улица Фрунзе, дом 68

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9442-020-24176382-2004

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9018 19 900 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 09481-ИЛС/12-2017 от 11.12.2017 г. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ", рег. № РОСС RU.31112.ИЛ.00014 с 27.01.2017 г. по 25.01.2020 г., протокола испытаний № 0124-08-17 от 17.03.2017 г., ИЦ ЭО ФБУ «Ростовский ЦСМ», аттестат аккредитации № RA.RU.21ME22, выдан 16.07.2015 г.

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 30324.1.2-2012 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний.», ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания.»

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Срок службы не менее 5 лет.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) № ФСР 2007/00125 от 07 ноября 2014 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.12.2022 включительно.



Захаров Сергей Михайлович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.ИМ35.В.00082

Дата регистрации декларации о соответствии: 11.12.2017