

Имитатор сигналов для АБП-8 (ИС-8) (А_2220)

Для проверки функционирования автономных блоков преобразования физиологических сигналов (АБП) Комплекса КАПИ используется имитатор сигналов (ИС).

Имитатор сигналов для АБП-8 имеет кабель с 24-контактным разъёмом (ST40X-24S), который подключается к соответствующему гнезду блока АБП-8 или АБП-8-И.

Имитатор сигналов генерирует сигнал заданной формы и амплитуды для подачи сигнала на каждый из каналов базового блока АБП. Паттерн имитационного сигнала представлен на рисунке 1. Процесс проверки функционирования АБП заключается в анализе искажений формы и амплитуды регистрируемого сигнала в окне реального времени пользовательского ПО путем визуального сравнения с эталонным сигналом, показанным на рисунке 1. Необходимо использовать руководство по эксплуатации А_7002-01_РЭ и соответствующие руководства пользователя ПО при работе с конкретным АБП и программным обеспечением.




Рисунок 1 – Последовательность имитационного сигнала

Последовательность имитационного сигнала состоит из четырёх фаз длительностью 5 секунд каждая:

1. Нулевое напряжение;
2. Положительное смещение;
3. Нулевое напряжение;
4. Гармонический сигнал частотой 5 Гц.

Амплитуда имитационного сигнала составляет 100 ± 20 мкВ для всех каналов, кроме канала ЭЭГ - А1(N) для которого амплитуда сигнала равна 50 ± 10 мкВ.

Внешний вид ИС представлен на рисунке 2, где: (1) – светодиодный индикатор, (2) – батарейный отсек, (3) – многофункциональная кнопка, дополнительно отмечена символом ⏻, (4) – разъем для подключения внешнего генератора сигналов, дополнительно отмечен символом ⊕.



Рисунок 2 – Внешний вид имитатора сигналов для АБП-8

Питание ИС осуществляется литиевой батареей стандарта CR2032, расположенной в отсеке (2). Когда заряд батареи опускается ниже 2,45 В, светодиодный индикатор имитатора (1) мигает 30 секунд желтым с частотой 2 Гц и имитатор выключается. Необходимо заменить батарею. Для замены батареи имитатора нужно выполнить следующие действия:

- вынуть отсек (2) из корпуса имитатора;
- заменить старую батарею новой.

Для проверки АБП с помощью ИС необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Подключить к АБП имитатор сигналов.
 2. Включить АБП и запустить соответствующее программное обеспечение, используя руководство пользователя ПО.

3. Выбрать один из режимов работы имитатора сигналов:
 – Режим с использованием внешнего генератора сигналов (необходим генератор с обычным, либо с парафазным выходом. Использование контактов в зависимости от типа генератора определено в Таблице 1). Необходимо подключить дополнительный кабель с 3-контактным стереоразъёмом 3,5 мм (типа TRS) в разъём (4) ⊕ (назначение контактов разъёма показана в Таблице 1), а другой его конец подключить к внешнему генератору.

Включать ИС с помощью кнопки включения (3) в этом режиме не требуется. В этом режиме ИС выполняет функцию делителя напряжения с коэффициентом деления 1:10000 (для A1(N) коэффициент деления 1:20000) и погрешностью 2%. Необходимые параметры сигнала от внешнего генератора устанавливаются в соответствии с таблицей 1. Время работы ИС с внешним генератором не ограничено.




Рисунок 3

Таблица 1 – Использование контактов в зависимости от типа внешнего генератора.

Тип выхода	Пример используемого генератора	Назначение контактов разъёма 3,5 мм. (рисунок 3)	Выходное напряжение
Парафазный	Rigol DG822, ГФ-5	(1) Tip – выход 1, (2) Ring – выход 2, (3) Sleeve – «земля».	не более 1 В.
Одноканальный	ГЗ-110	(1) Tip – выход, (2) Ring – «земля».	не более 1 В.

– Режим с использованием внутреннего генератора сигналов. Необходимо включить ИС кнопкой (3). В этом режиме ИС будет генерировать имитационный сигнал в соответствии с рисунком 1. Возможна установка двух значений времени работы внутреннего генератора – 5 минут или 90 минут. Для запуска пятиминутной сессии удерживайте кнопку (3) нажатой в течение 1 с., для 90-минутной сессии – 5 с. (после пяти секунд индикатор начнёт мигать с частотой 1 Гц до отпускания кнопки). Статус устройства индицируется светодиодом – штатной работе соответствует непрерывное свечение.

4. Наблюдать имитационный сигнал нужно с помощью поставляемого ПО «Энцефалан», используя руководство пользователя соответствующего ПО. Штатной работе устройства соответствует регистрация неискажённого

имитационного сигнала, параметры которого описаны выше, или сигнала от внешнего генератора. В случае обнаружения несоответствия регистрируемого сигнала заданному, проверьте качество коммутации и корректность работы с программным обеспечением. Если проблема не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.

5. Устройство выключается через 5 или 90 минут в зависимости от выбранного режима. Если отведённого времени не хватило для цикла проверки, повторите п. 2-4. Если проверка окончена раньше, выключите ИС нажатием на кнопку (3). Если в процессе работы напряжение батарейки снизилось ниже порогового уровня, то устройство просигнализирует об этом миганием светодиодом с частотой 2 Гц в течение 30 секунд, после чего оно выключится. Для завершения работы с внешним генератором выключите его.

Имитатором сигналов также можно проверить измерение подэлектродного импеданса. Для этого нужно запустить ПО «Энцефалан», установить при помощи ползунка значение порога подэлектродного импеданса, 20 кОм и убедиться, что положение всех шкальных индикаторов подэлектродного импеданса «R» приблизительно соответствует значению 22 кОм, индикаторы межэлектродных потенциалов «U» находятся в центральном, нулевом положении, а в сигнальном окне наблюдается сигнал имитатора.

Технические характеристики (основные) для ИС-8

Длительность положительного и отрицательного скачков напряжения	(5±0,05) с.
Частота гармонического сигнала	(5±0,05) Гц
Значение размаха гармонического сигнала, кроме сигнала А1 (N)	(100±20) мкВ
Значение размаха гармонического сигнала А1 (N)	(50±10) мкВ
Выходной импеданс имитаторов	22 кОм 3300 пФ
Выходной импеданс имитатора сигналов для каналов ЭЭГ, ЭМГ, ЭКГ и ЭОГ соответствует импедансу эквивалента «кожа-электрод»	Наличие